ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	17-06-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AGUDELO
Codigo Equipo	NN- 40548	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor	Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **FECHA INICIO AISLAMIENTO** **FECHA FIN AISLAMIENTO**

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5- 7 PSI)	OXIGENO (80% - 98%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	FILTROS	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANJA (SI - NO)	RUEDAS
	27404	6.5	95.3	SI	SI	SI	ES SI	SI	SI	SI

1. CICLADO	OK	Tiempo de la prueba			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO X	3. ESTADO DE MANGUERAS	BUENO X	MALO
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	BUENO OK	MALO			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	REGULADOR DE PRECION MALO				
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK				

No.	Prueba	Resultado
1	Estado Pila S.S.V.	SI
2	Prueba de Fugas	SI
3	Conexión electrica	SI
4	Conexión electrónica	SI
5	Prueba de alarma	SI
6	Otros	SI
7	Otros	

Descripcion del diagnóstico Identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	REGULADOR DE PRECION	7			

No.	Prueba / simulación	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	
2	Flujo Maximo	SI
3	Desconexión eléctrica	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	SI
5	Activación de válvula de alivio	SI
6	Otros	
7	Otros	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (5 - 7 PSI)	OXIGENO (80% - 98%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo = 0" (LO-ES)	REMELLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	FUGAS (SI-NO)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-NO)
	27405	6.5	95.1	SI	SI	SI	ES SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES

PROXIMA MANTENIMIENTO