OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Código	AO-HM-FR-009
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	17-06-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONER AGUDELO
No. Orden					

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2404B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO

INFORMA REPORTADO OPERATIVO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DIGITADOS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(6- 7 PSI)	(90% - 99%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(SI-No)	
24852	6.5	95.7	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	OK	Tiempo de la prueba	3:00	Generó Alarma	No	X	Si		Cual		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Fuerte	OK Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: MANGERA SUELTA A TUBO REFITERACION AJUSTE

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Correcta	OK	Fallas de Alarma	OK

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Medir [illegible]	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
	Cual:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarma (LL-LO-ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire del compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Cual:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"							
	(Hrs)	(6- 7 PSI)	(90% - 99%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(SI-No)	
24859	66	95.6	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO