OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: Código: CAD-MAN-FR-000 | Versión: 2 | Fecha Actuación: 17/10/2023 | Página Total

Fecha Remisión	17-06-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AYUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-1331B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

PALCA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE				
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	4580	6.5	98.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: OK | Tiempo de la prueba: 5:00 | Generó Alarma: No ( ) Si X | Cual: E·1

2. RUIDO EXTRAÑO: Si ( ) No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA EN VALVULAS DE SICIOS
REGULADOR DE PRECION MALO
PUREZA % 98.4

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena OK | Observaciones: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar [illegible]	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión [illegible] del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	REGULADOR DE PRECION	1		TAMIZES	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma [illegible]	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y [illegible]	SI
3	Desconexión eléctrica	Se verifica activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea [illegible]	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida [illegible]	SI
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 99%)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	4585	6.6	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO