



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: OAD-MAN-FR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 18-06-20 Auxiliar Mantenimiento: Jovier Arjuelo No. Orden: [ ]

Código Equipo: NX 2958B Fecha Inicio: [ ] Hora Inicio Labor: [ ] Fecha Fin: [ ]

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [ ] FECHA FIN AISLAMIENTO: [ ]

Table with columns: FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID, REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Row 1: F- FILTRO LACTEAL, 7, [ ], [ ], [ ]

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like 0814, 65, 95.7, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows for: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado: [ ]

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows for: Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula en alivio.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like 0815, 6.6, 96.0, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.