



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA...  
LUGAR: TAG MAN-FR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/02/2015

Fecha Remisión: 2006.2.4 Remisión # [ ] Atviller Mantenimiento: JONIERA AROJERO No. Orden: [ ]

Codigo Equipo: 202107000045 Fecha Inicio: [ ] Fecha Fin: [ ]

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [ ] FECHA FIN AISLAMIENTO: [ ]

Table with columns: FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, etc. Includes a vertical label 'FORMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO'.

DETALLE ADICIONAL DADOS POR PACIENTE: Limpieza General

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, etc. Includes handwritten values like 3621, 66, 94.1, 5.00, and 'AJUSTE REGULADOR de Presion'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains 5 rows of test results, all marked 'SI'.

Descripcion del diagnóstico identificado: [ ]

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains 5 rows of simulation test results, all marked 'SI'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, etc. Includes handwritten values like 3626, 51, 51, 51, 51, 51, 51.