OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAO.MAN.FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 20-06-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONICA A SUAREZ | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN- 3120 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: | Hora Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO	TOTAL
		F	FILTRO CENTRAL	2		Si	No
		F	FILTRO LATERAL	1		Si	No
		F	ACOPLE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

SI HUBO REPORTADO POR OPERADOR DE SERVICIO

DETALLES ADICIONALES DEL DAÑO POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si-NO)	RUEDAS (Si-No)
749645	6.4	286	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: OK | Tiempo de la prueba: 4:00 | Generó Alarma: No | Si | > | ES EC

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA; LIMPIEZA FILTRO DE INSONORIZACIÓN

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Si No: OK | Funcionamiento: OK

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica estado de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexion neumatica del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican [illegible]	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de la alarma audio o fuente	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2		TAMIZES MINI	2

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activacion de alarmas (LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual [illegible] de Amarillo (LO-ES)	SI
3	Desconexion electrica	Activacion [illegible]	SI
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconexion [illegible]	SI
5	Activacion de valvula de alivio	Obstruir [illegible]	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (3- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-NO)	MANIJA (Si - NO)	RUEDAS (Si-No)
749006	585.7			SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES

FIRMA MANTENIMIENTO