

Fecha Remisión: **20-06-24** Remisión #: **Janiera A. Durolo** No. Orden: **Janiera A. Durolo**

Código Equipo: **UN-973 B** Fecha Inicio: **20-06-24** Hora Inicio Labor: **08:00** Fecha Fin: **20-06-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA:	DAÑO:	CLASE DAÑO:	DESCRIPCIÓN:	CANTIDAD:	ID. REPORTE:	REPUESTO CAMBIADO:
			F - ACOPIE ROSCA A TUBO HUMIFICADA	1	1	Si
			D - FILTRO LACTALES	2		Si
			D - FILTRO CENTRAL	1		Si

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LL-ES)	FILTROS (SI-NO)	FL. ROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	MANJA (SI-NO)	MANJA (SI-NO)		
15670	6.5	93.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO	OK		OK	4:00	4:00										
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno										
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	OK	Malo												
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Se verifica el estado de las pilas.	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica la conexión y el estado del equipo.	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo.	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo.	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y luz agudo o fuerte.	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		SI

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2		TARJETA de FLUJO	2
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica estado de las alarmas (LL-LL-ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo y LED amarillo) (LL-LG-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación sistema alarma	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Activación alarma sonora	SI
5	Activación de válvula en aire	Activación alarma sonora y visual de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LL-ES)	FILTROS (SI-NO)	FL. ROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	BASE (SI-NO)	MANJA (SI-NO)	MANJA (SI-NO)		
15674	6.5	94.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: