



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GAD-MAN-FR-008  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 20-06-24 Remisión #

Auxiliar Mantenimiento: JONIER AYUDELO

No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: NN-4391B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO

Table with columns: ALARMA, GARGO, CLASE, GARGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for Si/No status and checkboxes for Si/No.

LIMPIEZA GENERAL

Mantenimiento table with columns: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, Códigos de Barras, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 7372965959 and various test results.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Prueba Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Comprobación electrónica', 'Prueba de alarma' with results 'SI'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CANTIDAD, DESCRIPCION, CANT. Empty table for parts.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Fuga de O2 (Cierre fugámetro)', 'Fuga Manera', 'Descarga eléctrica', 'Descarga de tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de prueba' with results 'SI'.

Mantenimiento table with columns: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, Códigos de Barras, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 73753265959 and various test results.

73753265959 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI