OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	20-06-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER ARAUJO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-992B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

PARTE	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES DEL DAÑO DEL EQUIPO POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	RIELES (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	158296.5	95.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO OK — Tiempo de la prueba — Cumple Normas de la Empresa: X — Si — No — Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO — Si — No X — 3. ESTADO DE MANGUERAS — Buenas X — Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION — Bueno OK — Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK — Funcionamiento de Temperatura — Bueno OK — Con Sobrecalentamiento OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	[illegible]	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible] del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifica [illegible] del equipo	SI
4	Conexión eléctrica	Se verifica [illegible] del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible] o fuente	SI
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible] (LL-LO-ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma [illegible] (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	SI
5	Activación de válvula de alivio	Destruir manguera [illegible]	SI
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (LL-LO-ES)	RIELES (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	158326.7	95.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO