OX Pro — ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 20-06-24 | Remisión #: | Nombre Mantenimiento: JUNIER ARGUELLO | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-3575B | Fecha Inicio: | Tiempo Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

INFORMACION SUMINISTRADA POR EL OPERADOR DEL EQUIPO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

TRABAJO REALIZADO POR EL PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

Tipo Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo 0.0" (LL-LO-ES)	FILTROS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	137866.5	95.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. ENCLAVADO: OK | Tiempo de la Prueba: 2:00 | Mantenimiento: | Si: X | Cual?: ES

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Cuales: | Malas: X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: OK | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: MANGERA ROTAS FUGA

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | Presión de Prueba MPA: | Bueno: OK | Con Sobrecalentamiento: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Prueba Pila 5.5		SI
	Prueba de Fugas		SI
	Conexión eléctrica		SI
	Conexiones neumáticas		SI
	Prueba de alarma		SI
	Otro		
	Otro		

Descripción del diagnostico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	KIT TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo 0 (Cierre Fujometro)	Selección Flujo 0 (LL-LO-ES)	SI
	Flujo Maximo	Selección alarma Flujo Máximo (SI-No) ES Primario (LL-LO-ES)	SI
	Desconexión de paciente		SI
	Desconexión Tapa de Flujo		SI
	Verificación Señal de Alarma	Descripción de la Señal de Alarma	SI
	Otro?		
	Otro?		

Tipo Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (85% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo 0.0" (LL-LO-ES)	REMPLANE (SI-No)	TAPAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	137886796.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI				

FIRMA MANTENIMIENTO: