CV Pro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Codigo	GAD-MAN-FR-009
		Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
			Página 1 de 2

Fecha Revisión: 20-06-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO | No. Orden:

EQUIPO

Codigo Equipo: NN-390013 | Fecha Inicio: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: S: | NO: | FECHA AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

MANTENIMIENTO GENERADO DE SERVICIO

CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	

LIMPIEZA GENERAL

Manómetro Presión	Termómetro	Presión	Nivel Aceite	Termómetro	PRUEBAS DE ALARMA Descongelación (SI-NO)							CÓDIGO DE BARRAS BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	Psig	(8 - 14 Psi)	(85% - 95%)	(SI-No)											
7385680	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI					

1. VICIOS OCULTOS: OK | Hora de la prueba: 2:00 | X

2. RUIDO EXTRAÑO: SI: | NO: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas: X | Malas: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno: OK | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA X80 REGULADOR de PRECION MALO

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | Con Sobrecalentamiento: OK

No.	Prueba	Resultado
		SI
		SI
		SI
		SI
		SI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	TAMIZES	2
	REGULADOR de PRECION	1

No.	Prueba Ambiental	Resultado
		SI
		SI
		SI
		SI
		SI

OBSERVACIONES

Manómetro Presión	Termómetro	Presión	Nivel Aceite	Termómetro	PRUEBAS DE ALARMA Descongelación (SI-NO)							CÓDIGO DE BARRAS BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)
	Psig	(8 - 14 Psi)	(85% - 95%)	(SI-No)										
7387695.25	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

FIRMA MANTENIMIENTO: