FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

ORDEN DE MANTENIMIENTO OPERADORES

Fecha Revisión: 20-06-24 | Remisión a: | Nombre Mantenimiento: JONIER AGUDELO | No. Orden:

Código Equipo: NN-2642B

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI / NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	CAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			F - FILTRO LACTERALES	2		Si		No	
			F - FILTRO CENTRAL	1		Si		No	
			F ACOPLE ROSCA A TUBO HUNIFICADOR - I			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

LIMPIEZA GENERAL

Mantenimiento	Volumetro	Presión	Oxígeno	Eléctrico	Pruebas de alarma							Código de barras	Ruedas	OBSERVACIONES
1789	765	80	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

3:00

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | 3. ESTADO DE MANGUERA: Buenos | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

PUREZA 7/80

5. PAÑOS IDENTIFICADOS

LIMPIEZA de SELULITA AL TANQUE de INSONORISACION

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Resultado
		SI
		SI
		SI
		SI
		SI
		SI

CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO de AIRE	1
	TAMIZES MINY	2

No.	Prueba	Resultado
		SI
		SI
		SI
		SI
		SI

OBSERVACIONES

17901	6.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI			