OXYPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Codigo	SAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019

Página 1 de 2

Fecha Remisión	20-06-24	Remisión #		Jonier Agudelo	No. Orden	

Codigo Equipo	NN-12293	Fecha Inicio		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO			
		F	Acople Rosca A Tubo Humificador	1	Si / No
					Si / No
					Si / No
					Si / No
					Si / No
					Si / No
					Si / No

Limpieza General

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (93% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS BASE (SI-No)	RUEDAS BANDA (SI-No)	OBSERVACIONES
	15941	6.6	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI SI SI SI SI

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	3:00		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno / Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS				
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				

No.	Prueba	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	SI
2	Prueba de Fugas	SI
3	Conexión eléctrica	SI
4	Conexión (descripción)	SI
5	Prueba de alarma	SI
6	Otros:	
7	Otros:	

Descripcion del diagnóstico Identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	SI
2	Flujo Maximo	SI
3	Desconexión electrica	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	SI
5	Activacion de valvula de alivio	SI
6	Otros:	
7	Otros:	

OBSERVACIONES

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6- 7 PSI)	OXIGENO (93% - 95%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS BASE (SI-No)	RUEDAS BANDA (SI-No)	OBSERVACIONES
	15943	6.6	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI SI SI SI SI