OXPro — ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 — Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de

Fecha Remisión: 20-06-24 — Remisión #: — Auxiliar: JONIER AYUDANTE — No. Orden:

Codigo Equipo: NN 792B — Fecha Inicio: — Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] — FECHA FIN AISLAMIENTO:

CONTAMINADO REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CAUSA | REPARADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | ACOPLE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR Y | | SI | No | |
| | | | | | SI | No | |
| | | | | | SI | No | |
| | | | | | SI | No | |
| | | | | | SI | No | |
| | | | | | SI | No | |
| | | | | | SI | No | |

LIMPIEZA GENERAL

OBSERVACIONES

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESIÓN (6-7 PSI) | OXIGENO (93% - 99%) | FLUXOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (SI-No) | Falla (SI-No) | Flujo a 0 (SI-No) | BATERIA (SI-NO) | BAJO VOLTAJE (SI-NO) | CODIGO DE ALARMAS | REPLICAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18132 | 6.5 | 96.2 | SI | SI | SI | ES SI | SI | SI | SI | SI |

1. CICLADO: OK — Tiempo de la prueba:
2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] No [X]
3. ESTADO DE MANGUERAS: [X]
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: AJUSTE REGULADOR de PRECION
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — OK — OK

| No. | Prueba | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Estado Pila S.A.I. | SI |
| 2 | Prueba de Fuga | SI |
| 3 | Conexión eléctrica | SI |
| 4 | Conexión electrónica | SI |
| 5 | Prueba de alarma | SI |
| 6 | Otros: | |
| 7 | Otros: | |

Descripcion del diagnóstico identificado:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|
| | KIT TANQUE OXIGENO Y | |

| No. | Prueba / Simulación | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre mecánico) | SI |
| 2 | Flujo Maximo | SI |
| 3 | Desconexión eléctrica | SI |
| 4 | Desconexión falta de flujo | SI |
| 5 | Activación de válvula de alivio | SI |
| 7 | Otros: | |
| 8 | Otros: | |
| | Otros: | |

OBSERVACIONES

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESION (6-7 PSI) | OXIGENO (93% - 99%) | FLUXOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (SI-No) | Falla (SI-No) | Flujo a 0 (SI-No) | BATERIA (SI-NO) | BAJO VOLTAJE (SI-NO) | CODIGO DE ALARMAS | REPLICAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18134 | 6.5 | 96.2 | SI | SI | SI | ES SI | SI | SI | SI | SI |