



ORDEN DE MANTENIMIENTO Y CORRECCIONES

Fecha Remisión: 20-06-24 Remisión # [] Atleta: JONIER Ajudicio No. Orden []

Codigo Equipo: NN-23623 Fecha Inicio []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO [] FECHA FIN AISLAMIENTO []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CAMBIO, H. REPORTE, SI, NO. Row 1: F, ACOPIE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR 7, SI, No.

Limpieza General

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJIMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, CÓDIGO DE FALLAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 672565 92.9 S, S, S, ES S, S, S, S, S, S, S.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows: 1. Estado Pila 5.5 V (SI), 2. Prueba de Fugas (SI), 3. Conexión eléctrica (SI), 4. Conexión electrónica (SI), 5. Prueba de alarma (SI).

Kit Tanque Oxígeno 1 Cambio de Tarjeta Principal 7

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows: 1. Flujo = 0 (SI), 2. Flujo Máximo (SI), 3. Desconexión eléctrica (SI), 4. Desconexión tarjeta de flujo (SI), 5. Activación de válvula (SI).

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJIMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, CÓDIGO DE FALLAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 000065 93.2 S, S, S, ES S, S, S, S, S, S, S.