OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	21-06-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER A DUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN- 1021 B	Fecha Inicio		Hora inicio		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ANTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO		
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	Flujo a 0 (LO-ES)	RIELES (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	17858	6-5	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: OK — Tiempo de la prueba: 3:00 — Si: X — Cual?: L.O

2. RUIDO EXTRAÑO: Si — No: X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: REGULADOR de PRECION MALO

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — 7. COMPRESOR DE REFRIGERACION: OK — Con Sobrecalentamiento: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V		SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible]	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican [illegible]	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	REGULADOR de PRECION	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma [illegible] LED [illegible] y (LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	SI
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	RIELES (SI-No)	FILTROS (SI-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	17862	6.7	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO