



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: GAD-MIN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 21-06-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: Jonier Asudeio No. Orden:

Codigo Equipo: NW-965B Fecha Inicio: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, RESPUESTA CERRADO. Includes handwritten entries for 'LIMPIEZA GENERAL'.

REQUISITOS ADICIONALES PARA PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FALLOS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for '1790265'.

1. CICLADO OK Tiempo de la prueba: 2:00 2. RUIDO EXTRAÑO Si No X 3. ESTADO DE MANGUERAS Buena Mala X 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno OK Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK 7. CONECTIVO DE ALIMENTACION Buena OK 8. Con Sobrecalentamiento OK

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre flujometro)', 'Flujo Maximo', etc.

OBSERVACIONES

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FALLOS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for '17904'.