OXPro ENGINEERING

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO 1	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	21-06-24	Remisión #		Asistio Mantenimiento	JONIER BOYACA	No. Orden	

ASIGNACION DE EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2767 B	Fecha Inicio		Hora Inicio		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CONTAMINADO REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPUESTO	PUESTO A PRUEBA	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES SOBRE EL PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	13230	6.6	95.1	SI	SI	SI	ES SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	OK	Tiempo de la prueba	3:00			X		L.O
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno OK Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	REGULADOR de PRECION MALO
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK

		OK	Con Sobrecalentamiento OK

No.	Prueba	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	SI
2	Prueba de Fugas	SI
3	Conexión eléctrica	SI
4	Conexión electrónica	SI
5	Prueba de alarma	SI
	Otros:	
	Otros:	

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	REGULADOR de PRECION	1			

No.	Prueba / Simulación	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	SI
2	Flujo Maximo	SI
3	Desconexion electrica	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	SI
5	Activacion de valvula de alivio	SI
	Otros:	
6	Otros:	
	Otros:	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6- 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	13233	6.5	93.9	SI	SI	SI	ES SI	SI	SI	SI	