

Fecha Remisión: **21-06-24** Remisión #:  Auxiliar Mantenimiento: **Javier Ayudelo** No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
 Código Equipo: **NW-1131B** Fecha Inicio:  Hora Inicio Labor:  Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA:  SI  NO FECHA INICIO AISLAMIENTO:  FECHA FIN AISLAMIENTO:

CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPUESTO CAMBIADO
F					
ACOPLE ROSCA					
ATUBO HUMIDIFICACION					
T	SI	NO			
	SI	NO			
	SI	NO			
	SI	NO			
	SI	NO			
	SI	NO			
	SI	NO			

DETALLES ADICIONALES DE DAÑOS POR PACIENTE  
**LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			FILTROS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA	(SI-NO)		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(L0-E5)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	18468	66	95.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	OK														
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X												
3. ESTADO DE MANGUERAS															
4. SISTEMA DE REFRIGERACION															
5. DAÑOS IDENTIFICATIVOS	<b>AJUSTE REGULA DOR de precision</b>														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Maneja correctamente	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica estado de fugas del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión de oxígeno	Se verifican las conexiones de oxígeno del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	SWUCH de engendido	7			
	KIT TANQUE OXIGENO	7			

No.	Prueba Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar flujómetro)	Se verifica activación de alarma (L0-E5)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Advertencia de alarma sonora	SI
4	Desconexión de oxígeno	Advertencia de alarma sonora	SI
5	Activación de válvula en línea	Operar manija para activación de válvulas	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			FILTROS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA	(SI-NO)		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(L0-E5)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
18468	65	96.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIN DE MANTENIMIENTO	