



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORM. TC

Fecha Realización: 22-06-24

Auxiliar Mantenimiento: JANIER A SUJICO

Código Equipo: NN-2112 B

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA

SI NO

FECHA INICIO AISLAMIENTO

FECHA FIN AISLAMIENTO

ALARMAS	DAÑO	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO
			F - BOCHE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR 7		

LIMPIEZA GENERAL

Mantenimiento	MONTAJE	PRESIÓN	CARGUENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	REJILLAS	REJILLAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS
					Desconexión (SI-NO)	Fuga (SI-NO)	"Fuga a C" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)	
39561	65	93.8	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51
1. OK					1.00			X						
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X		3. ESTADO DE MANGUERAS						4. SISTEMA DE REFRIGERACION		OK	
5. DANOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK							OK					OK	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba de Fuga	Se verifica la ausencia de fugas en el equipo.	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas en el equipo.	SI
3	Prueba de Conexión	Se verifican las conexiones correctas del equipo.	SI
4	Prueba de Conexiones	Se verifican las conexiones correctas del equipo.	SI
5	Prueba de Alarma	Se verifican todos los sensores de alarma.	SI

CO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	USUARIO	RESP.	CANT.
	Kit TANQUE OXIGENO 7				

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Prueba de Fuga (Cama hidrometro)	Se verifica la ausencia de fugas en el equipo.	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas en el equipo.	SI
3	Prueba de Conexión	Se verifican las conexiones correctas del equipo.	SI
4	Prueba de Conexiones	Se verifican las conexiones correctas del equipo.	SI
5	Prueba de Alarma	Se verifican todos los sensores de alarma.	SI

Mantenimiento	MONTAJE	PRESIÓN	CARGUENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	REJILLAS	REJILLAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS
					Desconexión (SI-NO)	Fuga (SI-NO)	"Fuga a C" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)	
39562	65	94.1	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	