ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión: 24-06-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONICR AGUDELO | No. Orden:

DATOS DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-2757B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

PAT	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID

LIMPIEZA GENERAL

Amperaje (Amp)	TACOMETRO (Rpm)	PRESION (Bar)	OXIGENO (20% - 50%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pito (SI-No)	"Flujo a 0" (LOES)	LUCES			CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
18	169	6.6	94.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. RUIDO: OK | Tiempo de la prueba: 2:00 | Cual?: NO X

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: OK

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA MANGUERA SUELTA TUBO REFRIGERACION AJUSTE

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: OK | Con Sobre Alimentador: OK

No.	Prueba		
	Voltaje Pila 5.5 V		SI
	Prueba de Fugas	Se verifica que no existan fugas	SI
	Conexión eléctrica	Se verifica que las conexiones eléctricas del equipo	SI
	Conexión Electrónica	Se verifica que la conexión electrónica	SI
	PRUEBA DE ALARMA	Se verifica que la alarma [illegible]	SI

Diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
	KIT TANQUE ORIGINAL	1			

Rpm de 0 (Cero a Tacometro)	Se verifica [illegible]	SI
Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora [illegible]	SI
[illegible]	[illegible]	SI
[illegible]	[illegible]	SI
Activacion de valvula de alivio	Ocultar [illegible]	SI

Amperaje (Amp)	TACOMETRO (Rpm)	PRESION (Bar)	OXIGENO (20% - 50%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pito (SI-No)	"Flujo a 0" (LOES)	LUCES			CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)
18	171	6.6	93.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

FIRMA MANTENIMIENTO