ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Terminado: 24-06-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO

Código Equipo: NR-4156B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

PARTE	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

ID	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	PEEP	"Flujo a 0"	REINICIO	ALTA/BAJA	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS
	(Si-No)	(6 - 7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)
225776	6	95-2	si	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	si

1. ORDEN: OK | Tiempo de la prueba: 2:00 | Genera Alarma: No X | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buen OK | Malo

REGULADOR de PRECION MALO

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | Tapa Valvula: OK | Con Sello: OK

No.	Prueba	Descripcion	
			SI
			SI
	Conexion electrica		SI
	Conexion Electronica		SI
	Prueba de alarma		SI

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	REGULADOR de PRECION	7			

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
			SI
			SI
			SI
			SI
			SI

ID	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexion	PEEP	"Flujo a 0"	REINICIO	ALTA/BAJA	CODIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	FIRMA MANTENIMIENTO
	(Si-No)	(6 - 7 PSI)	(90% - 95%)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	(Si-No)	
225796	6	95-1	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	