OXIPRO

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión: 24-06-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Jonier Agudelo

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO

Código Equipo: NN 3430B | Fecha Inicio: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI / NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
			D- PROTECTOR DISPLAY	1
			D- FILTRO CENTRAL	1

DATA DE ADMINISTRACIÓN POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

Nº	FLUJOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-No)				CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANIJA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)
23216	6.6	95.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. ESTADO: OK | Estado de la prueba: 1:00 | Control Alarma: X | Tiempo: 10

2. RUIDO EXTRAÑO: SI / No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas / Malas X | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: OK

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA MANGERA SUELTA A TUBO REFRIGERACION
AJUSTE
AJUSTE REGULADOR de PRECION

6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: OK | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: OK | Con Sobrecalentamiento: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
	Estado Periférico		SI
	Prueba de Fugas		SI
	Conexión eléctrica	Se verifica [illegible]	SI
	Conexión electrónica	Se verifica [illegible]	SI
	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	SI
	Otros		
	Otros		

Observaciones del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	Kit TANQUE OXIGENO	1		

No.	Prueba Simulación	Descripción	Resultado
	Flujo a 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible]	SI
	Flujo [illegible]	Se verifica [illegible]	SI
	Desconexión [illegible]	[illegible]	SI
	Desconexión de [illegible]	[illegible]	SI
	Desconexión de [illegible]	[illegible]	SI
	Otros		
	Otros		

Nº	FLUJOMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Si-No)	REJILLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	PANEL (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	MANIJA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)
23217	6.7	95.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI