



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-JAN-FR-004
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 25-06-24 Remisión F: **Javier Agudelo** No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Código: **MM 146B**

REPARACIONES Y/O REEMPLAZOS
EQUIPO COMPLETO Y/O PARTES REEMPLAZADAS

FALLA	DARO	CLASIFICACION	CANTIDAD	REPORTE	REPARADO
ACOPLE ROSCA ATUBO HUMIFICADOR 7				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No

LIMPIEZA GENERAL

INTERCOMUNICACION	HIDROMETRO	PRESSION	VALVULA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA	VALVULAS	REPOS	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
8814	66	960	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI
1. CICLADO	OK	1.00					X			

2. RUIDO EXTRAÑO: SI No **X** 3. ESTADO DE MANEJOS: Bueno Malo **X** 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo **OK**

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: **REGULADOR de PRECION MALO**

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **OK** 7. ESTADO DE LAS RUEDAS: **OK**

No.	DESCRIPCION	DEFECTOS	CANT
1	Prueba de fugas	SI	
2	Prueba de fugas	SI	
3	Conexion electrica	SI	
4	Conexion electrica	SI	
5	Prueba de alarmas	SI	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	REGULADOR de PRECION 7	

No.	DESCRIPCION	DEFECTOS	CANT
1	Prueba de fugas	SI	
2	Prueba de fugas	SI	
3	Conexion electrica	SI	
4	Conexion electrica	SI	
5	Prueba de alarmas	SI	

No.	DESCRIPCION	DEFECTOS	CANT							
8815	64	95	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI