



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 28-06-20 Remisión # [ ] Auxiliar Mantenimiento: Javier [ ] No. Orden: [ ]

Código Equipo: NW-1655B Fecha Inicio [ ] Hora Inicio Labor [ ] Fecha Fin [ ]

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO [ ] FECHA FIN AISLAMIENTO [ ]

Table with columns: FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUES TO CAMBIADO. Row 1: F, FILTRO LACTAL, 2, Si, No.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: Limpieza GENERAL

AREA DE MANTENIMIENTO: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data for various tests and parameters.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows 1-5: Estado Pila 5.5. V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma. Results: S, S, S, S, S.

Descripción del diagnóstico identificado: [ ]

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Empty rows.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows 1-5: Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio. Results: S, S, S, S, S.

AREA DE MANTENIMIENTO: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data for various tests and parameters.