



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 28-8-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONIER ROSCO No. Orden []

Codigo Equipo: NN-3592 B Fecha Inicio [] Hora Inicio Labor [] Fecha Fin []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO [] FECHA FIN AISLAMIENTO []

Table with columns: FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Row 1: F, ACORRE ROSCA ATUBO HUMIFICADOR T, Si, No.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 1622566780 SI, 1100, E5, etc.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows 1-5: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma. Results: SI.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row 1: TAM.2CS, 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows 1-5: Flujo = 0, Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de aire. Results: SI.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 10976, etc.