



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAS-MAN-FR-000
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 29-02-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONIER A GARCIA No. Orden:

Código Equipo: NN 3478 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'REPULETA CAMBIADA' with columns SI/NO.

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

Main diagnostic table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a S), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 13436 65 89 S, S, S, ES, S, S, S, S, S, S.

Table with 5 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists: KIT MAMIZES (1), TAMIZES (2), KIT TAMPO OXÍGENO (1), JUNTA HERMETICA ANILLOS (2), FILTRO DE AIRE INTERNO (1).

Table with 5 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains tests for: Flujo = 5 (litros cúbicos), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión rápida de flujo, Activación de válvula de aire.

Summary table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 13449 66 952 S, S, S, ES, S, S, S, S, S, S.