

Fecha Recepción: **28-02-24** Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: **JONIER AGUIRRE** No. Orden:

Código Equipo: **W4015B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CONTAMINADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPARADO	SI LISTO PARA REPARAR
			CABLE DE PODER DESGASTE	1	SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES O DAÑOS POR PAGINTE: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE (S1-S2)	MOMIA (S1-S2)	RUEDAS		
					(S1-S2)	PIA	"Fiso a S"								
	22980	66	89	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1			
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		General Alarma		No	Si	Cuel?								
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Ruinas	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Ruina	Malo					
3. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA 7. 89														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verificar voltaje de la pila	S1
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	S1
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S1
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	S1
5	Prueba de alarma	Se verifica su. Si o si agudo o fuerte	S1
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	KIT M TAMIZES	7		TAMIZES	2
	KIT TANQUE ORIGENO	7			
	FILTRO DE AIRE INTERNO	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cama Sujurada)	Se verifica activación de alarmas (S1 - L0 - E3)	S1
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y S1-L0-E3)	S1
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	S1
4	Desconexión abrupta de flujo	Desconexión línea eléctrica	S1
5	Activación de servicio en sitio	Operar manguera de vapor de aire de compresor	S1
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión			REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE (S1-S2)	MOMIA (S1-S2)	RUEDAS		
					(S1-S2)	PIA	"Fiso a S"								
	22992	66	955	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1		FIN DE MANTENIMIENTO	