ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Version: 2 | Fecha Actualizacion: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remision	02-03-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AYUSCIO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN- 4218 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REVISADO / LIMPIEZA DE SERVICIO

FALTA	DAÑO	CAMBIADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

SISTEMA REVISADO / LIMPIEZA DE SERVICIO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 24%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 Vdc)	FILTROS (5 Vdc)	BASE (5 Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - VDC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (0 - VDC)	RUEDAS (5 Vdc)	OBSERVACIONES
19337	66	956	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.E.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	SWICH de ensendido	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suministro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tacata de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de valvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (20% - 24%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vdc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 Vdc)	FILTROS (5 Vdc)	BASE (5 Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0 - VDC)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (0 - VDC)	RUEDAS (5 Vdc)	OBSERVACIONES
19340	65	953	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

FIRMA MANTENIMIENTO: