



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
IAD-MAN-FR-028  
Fecha Actualización: 11/10/2018  
Página 1 de 2

Fecha Emisión: 01-03-24 Remisión # [ ] Activa: [ ] Menor/mayor: Jovier P. Guerrero No. Orden: [ ]

Identificación del equipo: Código Equipo: NN-37648 Fecha Inicio: [ ] Hora Inicio Labor: [ ] Fecha Fin: [ ]

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking contamination and isolation dates.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

Table with columns: En Mantenimiento (HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flujo a 0"), REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes test results for various components.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists specific tests performed and their outcomes (e.g., 'Prueba de fuga', 'Conexión eléctrica').

Descripción del diagnóstico identificado: [ ]

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists parts used: JUNTA Hermética Anillos 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests and their results (e.g., 'Flujo a 0 (Como Substituto)', 'Flujo Manera').

Table with columns: En Mantenimiento (HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes final test results and notes.