

Fecha Remisión: **01-03-24** Remisión # [] Asesor Mantenimiento: **JOMIERA B. YUJUELO** No. Orden: []

Identificación del Equipo: Código Equipo: **NN-3798B** Fecha Inicio: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

FALTA	ZONA	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPARADO	ESTADO OBSERVADO
			Acople Plástico a Tablero a Tubo Hum. F. Ab. 7 Des. 9A5E		SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLE ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: **LIMPIEZA GENERAL**

Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORGANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			"Flujo a S"		REJILLAS	FILTROS				BASE
					(1-1)	(1-1) (2)	(1-1) (3)	(1-1) (4)	(1-1) (5)						
	18364	64	952	S'	S'	S'	ES	S'	S'	S'	S'	S'	S'		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala			
3. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES												7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Flu. S.S.V.	Verifica voltaje de la pila	S'
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	S'
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S'
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	S'
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	S'
6	Otros.		
7	Otros.		

Descripción del diagnóstico identificado: []

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Kit TANQUE ORGANICO	7			
	Kit MTAMIZES	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas S1, L1, L2, S5	S'
2	Fujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo) y (L1-L2-S5)	S'
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	S'
4	Desconexión Líquido de Frenos	Desconexión freno eléctrica	S'
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire del compresor	S'
6	Otros.		
7	Otros.		
8	Otros.		

Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORGANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			"Flujo a S"		REJILLAS	FILTROS				BASE
					(1-1)	(1-1) (2)	(1-1) (3)	(1-1) (4)	(1-1) (5)						
	18370	64	951	S'	S'	S'	ES	S'	S'	S'	S'	S'	S'	FIRMA MANTENIMIENTO	