OXPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| FORMATO | |
|---|---|
| Codigo | GAD-MAN-FR-009 |
| Version: 2 | Fecha Actualizacion: 17/10/2019 |
| | Página 1 de 3 |

| Fecha Remisión | 02-03-24 | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | Javier Arvelo | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**IDENTIFICACION DEL EQUIPO**

| Codigo Equipo | DM1908150 73 | Fecha Inicio | | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PATIO | PISO | CUARTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | No. PLACA N° | REQUIERE CAMBIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | SI | | NO | |
| | | | | | | SI | | NO | |

**DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE**

Limpieza General

**SISTEMA REMOTO DE MONITOREO Y REPORTE DE SERVICIO**

| En Mantenimiento | HIGRÓMETRO (RH) | PRESIÓN (A - 7 PSI) | OXIGENO (90% - 96%) | FLUJOMETRO (5 Lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / NO) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / NO) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI / NO) | FILTROS (SI / NO) | BASE (SI / NO) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO) | RUEDAS (SI / NO) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2794 | 77 | 932 | 5 | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |

| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Generó Alarma | No | | Si | | Cual? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. RUIDO EXTRAÑO | SI | | NO | | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenas | | Malas | | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno | | Malo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | |
|---|---|

| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Bueno | | Con Sobrecalentamiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|

| No. | Pruebas | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila S.S. V | Verifica voltaje de la pila | |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | |
| 4 | Conexión electronica | Se verifican las conexiones electronicas del equipo | |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |

| Descripcion del diagnóstico identificado | |
|---|---|

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripcion | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES) | |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-ES) | |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconecta fnua eléctrica | |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obturar manguera de salida de aire se comprime | |
| 6 | Otros: | | |
| 7 | Otros: | | |
| | Otros: | | |

| En Mantenimiento | HIGRÓMETRO (RH) | PRESIÓN (A - 7 PSI) | OXIGENO (90% - 96%) | FLUJOMETRO (5 Lts) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / NO) | PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / NO) | PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI / NO) | FILTROS (SI / NO) | BASE (SI / NO) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO) | CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO) | RUEDAS (SI / NO) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2796 | 78 | 934 | 5 | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | FIRMA MANTENIMIENTO |