OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Codigo	GAD-MAN-FR-009
		Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
		Página 1 de 2	

Fecha Remisión	05-03-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Janica Dauderio	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3663B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ÚNICAMENTE DILIGENCIADO POR PERSONAL DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	LIMPIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	No. REFACCIÓN	REPUESTO CAMBIADO			
			PROCTOR DISPLAY DESDASTE	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Limpieza General

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A-1 PSI)	OXIGENO (40% - 60%)	FLUJÓMETRO (5-9 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANGUERA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	26905	65	95.1	5'	5'	5'	ES	5'	5'	5'	5'	5'	5'	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. PITIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	MANGUERA SUELTA A TUBO de (AIRE) REFRIGERACION
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5'
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	5'
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	5'
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	5'
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	5'
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	5'
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES))	5'
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	5'
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	5'
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	5'
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A-1 PSI)	OXIGENO (40% - 60%)	FLUJÓMETRO (5-9 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANGUERA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	26905	65	95.1	5'	5'	5'	ES	5'	5'	5'	5'	5'	5'	FIRMA MANTENIMIENTO