OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	06-03-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JAVIER AGUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-3454B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORME REPORTADO O REMARCAR DE SERVICIO

PIEZA	BAND	CLARE BAND	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			PROTECTOR BISELADY DESBASTE			Si	No
			REMACHE POP NELCRO	7		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

OBSERVACIONES ADICIONALES DADO POR PACIENTE

Limpieza General

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo = 0"							
	(Hrs)	(6 - 7 PSI)	(85% - 95%)	(5 l/m)	(SI / No)	(SI / No)	(L.O.E)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(SI / No)	
	13878	6.6	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican los conectores eléctricos del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit M-TAMICES	7			
	Kit TANQUE OXIGENO	1			
	Kit VALVULAS DESICIOS	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E0)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E0)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea voltumtrix	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire se comprobó	SI
6	Otros		
7	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo = 0"							
	(Hrs)	(6 - 7 PSI)	(85% - 95%)	(5 l/m)	(SI / No)	(SI / No)	(L.O.E)	(SI / No)	(SI / No)	(SI / No)	BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	(SI / No)	
	13879	6.6	95.3	SI	SI	SI	ES	9	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO