



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-FB-029
Versión 3
Fecha Actualización: 13/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 06-03-24
Revisión: #
Auxiliar Mantenimiento: JONICA NUDELO
No. Orden: #

Código Equipo: NN-87213
Fecha Inicio: #
Hora Inicio: Labo: #
Fecha Fin: #

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALDA				
MANTENIMIENTO				
RENTAS				
RESERVA				
OTROS				

limpiazza GENERAL

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ONRENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 0"				BASE	MANEJA	RUEDAS		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	2120	6.6	952	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	SI	Cual?			Buena	Mala			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS: SWUCH de ensendido quemado															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: #1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	SWUCH de ensendido	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo + 0 (Cierre hidráulico)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	SI
2	Flejo Máximo	Se verifica extinción de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y S1-L5-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión línea de Fido	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ONRENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fijo a 0"				BASE	MANEJA	RUEDAS		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	2122	6.6	952	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FINA MANTENIMIENTO	