

Fecha Inicial: **05-03-24** Emisión: # Auxiliar Mantenimiento: **Jovier Arevalo** No. Orden:

Código Equipo: **MM-18133** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	IDENTIFICADO	DESCRIPCION	CAUSAS	SI REPARA	SI REPARA	SI REPARA	SI REPARA

REPARACIONES REALIZADAS POR TECNICO
LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGRANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Flujo a V		REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE	BARRA			BARRA
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)								
6539	66	89	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma												
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas										
3. DAÑOS IDENTIFICADOS		PUREZA 7-89														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES				5. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 2.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
TANIZES		2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre fugas)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica extinción de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LD-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión línea de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Ostentar manguera de escape de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGRANO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Flujo a V		REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE	BARRA			BARRA
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)								
6540	66	95	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
FINA MANTENIMIENTO																