OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Version: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	3948	Remisión a	06-03-24	Auxiliar Mantenimiento	JONIER AGUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-394853	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO	
			FILTRO LACTERALES DESVASTE	2		Si	No
			FILTRO CENTRAL DESVASTE	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (92% - 96%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	Pila (5l/Min)	*Flujo a 0 (LO-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l/Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-NO)	MANILLA (5l-NO)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
21498	65	86	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51		

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA 86												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit VALVULAS Jeringos	7		FILTRO de AIRE INTERNO	1
	Kit MIAMIZCS	4		JUNTA HOMERICA ANILLOS	2
	Kit Tanque OXIGENO	1		TAMIZE	2

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre fusómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
	Flujo Máximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo x LED amarillo y (LL-LO-ES)	
	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
	Desconexión toma de flujo	Desconecta línea eléctrica	
	Activación de válvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire del compresor	
	Otros		
	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (92% - 96%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l/Min)	Pila (5l/Min)	*Flujo a 0 (LO-ES)	REJILLAS (5l/Min)	FILTROS (5l/Min)	BASE (5l-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l-NO)	MANILLA (5l-NO)	RUEDAS (5l/Min)	OBSERVACIONES
21499	65	95	53	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

FIRMA MANTENIMIENTO