



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SAC-AMM-FR-003
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 29-01-24 Remisión # Acudir Mantenimiento: TOJIRA ADONELDO No. Orden

Código Equipo: 2021060000045 Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
	FILTRO CENTRAL FAL			7	SI
	FILTRO LACTARAL FAL			7	SI
	FILTRO LACTARAL DESGASTE			7	SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI

Limpieza GENERAL

Un Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	"Flujo a 0"				BASE	WALW	RUEDAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	300866	80	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		General Alarma		No	SI	Qual?								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PURPURA 1.80														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA			Bueno	Con Sincronizamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica control si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripción de los elementos identificados

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2		TAMIZES	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Pila = 0 (Cierre habilitado)	Se verifica activación de alarmas (L1 - LD - EE)	
1	Pila Normal	Se verifica activación de alarma (LED rojo y verde) (LED rojo y LED amarillo) (L1-LD-EE)	
2	Desconexión eléctrica	Indicador alarma suena	
3	Desconexión cables de fuga	Desconecta línea eléctrica	
4	Activación de alarma de agua	Operar mangueara de salida de agua de compresor	
5	Otros		
6	Otros		
7	Otros		

Un Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	"Flujo a 0"				BASE	WALW	RUEDAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	3010367	953	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO