ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GADHMN-PR-009
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	27-02-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AGUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	NN-230813	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO / PREVENTIVO DE EQUIPOS

FALLA	DAÑO	CAUSA DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. PROGATE	REPUESTO CAMBIADO	
			ACOPLE ROSCA ATUBO HUMIFICADOR 1			Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLE ADICIONAL DADO POR PACIENTE

LIMPIEZA CONTRAT

En Mantenimiento

HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	AGUILLAS (5V-Hz)	FILTROS (5V-Hz)	BASE (5V-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (S1 - NO)	RUEDAS (S1-No)	OBSERVACIONES
11584	66	80	51	S1	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	S1	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No		Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	BUREZA T. 80

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	S1
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	S1
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S1
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	S1
5	Prueba de alarma	Se verifica su [illegible]	S1
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	JUNTA HERMETICA ANILLOS MINI	2		TAMIZES	2

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre fujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	S1
	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	S1
3	Desconexion eléctrica	Activación alarma sonora	S1
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	S1
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	S1
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 1 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5V-Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	AGUILLAS (5V-Hz)	FILTROS (5V-Hz)	BASE (5V-Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1 - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (S1 - NO)	RUEDAS (S1-No)	OBSERVACIONES
	11586	66	95%	S1	S1	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	S1	FIRMA MANTENIMIENTO