

Fecha Realización: **08-03-24** Remisión # _____ Acceptor Mantenimiento: **JANIER AVUDELO** No. Orden _____

Código Equipo: **7FSAB202002000074** Fecha Inicio Labor: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALEA	BRND	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REACCIONES	RECURSOS O CARGADO
		ACOP ROSCA TUBO HUMIF. CAJAZA	7		

Limpieza GENERAL

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	GORDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"		REJILLAS		FILTROS					BASE	
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	
	14753	6.6	89	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No		SI		Cual?									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		Bueno		Mal			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		PUREZA 7.89																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno				Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico Identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	TANIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cama totalmente)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L5 - E5)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L5-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión telega de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de rebote de aire	Obtención manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	GORDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"		REJILLAS		FILTROS					BASE	
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	
	14760	65		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FORMA MANTENIMIENTO		