OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	29-01-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Jesica Arvelo	No. Orden	

NOTIFICACIÓN DE EQUIPO

Código Equipo	AFSE2018110000155	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

ALTA	MEDIA	BAJA	DESCRIPCIÓN	CUMPLIÓ				
			Acopie Rosca A Tubo Humidificador 7		SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	
					SI		No	

ESTADO ADICIONAL A DAÑOS POR FACTORES

Limpieza General

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (SI / NO)	FILTROS (SI / NO)	BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI / NO)	NUBOSAS (SI / NO)	OBSERVACIONES
	10201	6.5	88	5 l/min	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Pureza 7.88												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Filtro de aire interno	1			
	Tamices	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Suplemento)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SS)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-SS)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión jeringa de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula del aire	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 94%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI / NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LED)	REJILLAS (SI / NO)	FILTROS (SI / NO)	BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (SI / NO)	NUBOSAS (SI / NO)	OBSERVACIONES
	10208	6.5	95%	5 l/min	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO