



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: BAO-MAN-PR-008  
Version 2 Fecha Actualización: 11/10/2018  
Página 1 de 3

Fecha Recorrido: 23-01-24 Revisado a: Auxiliar Mantenimiento: JONICER A SUDELO No. Orden:

Código Equipo: F55E2019070400 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FUGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
ACOPLE ROSCA TUBO HUMIFICADOR 1					

Limpieza General

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión			Flujo a 5"	SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS				RUEDAS
					SI/NO	SI/NO	SI/NO					SI/NO	SI/NO	SI/NO		
155756678	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Demora Alarma		No	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			Buena	Mala			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buena	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN			Buena	Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		PUREZA 78														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	8. CONTROL DE NIVEL										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	JUNTA HEMÁTICA Dujillos	2		TAMIZES	2
	FILTRO INTERNO DE AIRE	1		VALVULAS de siclos	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila + 5 (Carga Normal)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	SI
2	Pila Normal	Se verifica activación de alarma usual y sensores LED Rojo o LED amarillo (L1-L2-S)	SI
3	Desconexión eléctrica	Indicación alarma sonora	SI
4	Desconexión trampa de fugas	Indicación línea eléctrica	SI
5	Activación de vehículo de aire	Distancia máxima de vehículo de aire de 200 metros	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión			Flujo a 5"	SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS				RUEDAS
					SI/NO	SI/NO	SI/NO					SI/NO	SI/NO	SI/NO		
1557964952	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FECHA MANTENIMIENTO	