OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	09-03-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Javier Rojas	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	0098071	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLAME DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPARTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLE ADICIONAL DE DAÑOS POR PAGINTE

Limpieza General

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PERIODOS DE SERVICIO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LLO-ES)	REJILLAS (50 Hz)	FILTROS (50 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
	20484	6	946	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexion electronica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión terjeta de flujo	Desconexión linea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire se comprime	SI
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LLO-ES)	REJILLAS (50 Hz)	FILTROS (50 Hz)	BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
	20486	6	946	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	FIRMA MANTENIMIENTO