OXYPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 | Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión	09-0324	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Javier Ayudeo	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-996 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

PACIENTE	CAMA	CLAVE CAMA	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REMOTA	REPUESTO CAMBIADO	
			REMACHE POP X DCLCRO	1		SI	No
			ACOPLE ROSCA MTUBO HUMIFICADOR			SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

DETALLES ADICIONALES CAUSA POR PACIENTE

Limpieza General

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20% - 98%)	FLUJOMETRO (0-4Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4s)	Pila (20-40s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-4s)	FILTROS (0-4s)	BASE (0-4s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-4S)	MANIJA (0-4S)	RUEDAS (0-4s)	OBSERVACIONES
2637	64	89	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA 789											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TAMIZES	2		Kit TANQUE OXIGENO	1
	Kit VALVULAS DESICLOS	1		Kit M-TAMIZES	2
	Kit M A TUBO RESPIRACION	1		JUNTA HERMETICA	

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión toma de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obturar manguera de salida de aire se comprime	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (20% - 98%)	FLUJOMETRO (0-4Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4s)	Pila (20-40s)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0-4s)	FILTROS (0-4s)	BASE (0-4s)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0-4S)	MANIJA (0-4S)	RUEDAS (0-4s)	OBSERVACIONES
2643	66	95	0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO