OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	11-03-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER AYUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2812 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALTA	DAÑO	CLEAN CARGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
			FILTRO CENTRAL FAL	1		Si	No
			FILTRO LATERAL FAL	1		Si	No
			ACOPLE ROSCA ATUGO HUMIFICADOR	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLE DE ACCION ALEF DADDE POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (93% - 97%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 Hz)	FILTROS (30 Hz)	BASE (30 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 50)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
3539766	951	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51		

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena / Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica c...nción si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit MANIJES	1			
	Kit TANQUE OXIGENO	1			
	FILTRO de AIRE Interno	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
2	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión rampa de flujo	Desconecta linea electrica	SI
4	Activación de valvula de aire	Obstruir manguera la salida de aire de compresor	SI
5	Otros		
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (93% - 97%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (30 Hz)	FILTROS (30 Hz)	BASE (30 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 50)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 50)	RUEDAS (30 Hz)	OBSERVACIONES
3540164	948	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51		FIRMA MANTENIMIENTO