

Fecha Realización: **13-03-24** | Retiro de: **JONICER ADUQUELO** | No. Orden:

Código Equipo: **NN40583** | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	¿PENSAR?	¿DUBIAR?	¿CERRAR?
			ACOPTE ROSCA ATUBO HUNIFICADOR 7				SI
							SI
							SI
							SI
							SI
							SI
							SI

DETALLES ADICIONALES: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	UNIDAD	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJ	BIAN		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
18690	65	93		SI	SI	SI	E	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO	2. RUIDO EXTRAÑO	3. ESTADO DE MANSURRAS	4. SISTEMA DE REFRIGERACION
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de 7 Lugos	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	JUNTA HERMETICA Rosillos 2			TORNILLOS VIELOS 7	

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cama Suministro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E3)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma flujo y sensor LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma acrílica	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea corriente	SI
5	Activación de sensor de nivel	Obtención mensaje de alerta de nivel de combustible	SI

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	UNIDAD	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJ	BIAN		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
18692	65	951	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PRIMA MANTENIMIENTO	