OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	14-03-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JAVIER ROJAS	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-29018	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA TEMPORAL / OPERACIÓN EN SERVICIO

FALLA	DIAG.	LAME DIAG.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	C. REPUNTE	REPUESTO CAMBIADO			
			FILTRO CENTRAL DESGATE	7		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

CONTADOR ADICIONAL DE TAREAS DEL TECNICO

LIMPIEZA GENERAL

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hz)	PIE TRIOS (50 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - MO)	RUEDAS (50 Hz)
	109806.5	95.1	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	FUGA EN VALVULAS de SICLOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con Sobrecalentamiento	

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.6 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS CAMBIADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	SWICH de ENSENDIDO	1		Kit VALVULAS_desiclos	7
	Kit M-TAMIZES	1		FILTRO de AIRE INTERNO	1
	Kit TARGUE OXIGENO	1			

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
0	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y LL-LO-ES)	SI
2	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
4	Activación de válvula de aire	Obtener manguera (si sale de aire no completo)	SI
5	Otros		
6	Otros		
7	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJÓMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (50 Hz)	PIE TRIOS (50 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - MO)	RUEDAS (50 Hz)
	109854	64	95	31	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES	
FIRMA MANTENIMIENTO	