OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	18-03-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONICA ADUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4376B	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CONDICIONES DE ENTRADA

	FALLA											
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		

INFORMACIÓN REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

OBSERVACIONES ADICIONALES DADAS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	RESPIR.	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Fuga a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	(Hrs)			(Lpm)	(Seg)	(Seg)	(Seg)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)				
	14672	66	83.1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO			3. ESTADO DE LAS VÁLVULAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	FUGA EN VALVULAS de SICLOS PUREZA :83								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1		Verifica estado de la alarma	SI
2	Prueba Neumática	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba Fuga	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TAMIZES	2			

No.	Prueba Sin Alarma	Descripcion	Resultado
1		Se verifica estado de la alarma (LL - L0 - ES)	SI
2	Prueba Alarma	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-ES)	SI
3	Activación Alarma Sonora	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión Interna de Red	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Válvula Neumática	Observa manguera de salida de aire del compresor	SI
6	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	RESPIR.	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Fuga a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	(Hrs)			(Lpm)	(Seg)	(Seg)	(Seg)	(SI - No)	(SI - No)	(SI - No)				
	14654	95	4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO