

Fecha Remisión: **18-03-24** Ramisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: **JONIER AGUDELO** No. Orden _____

Código Equipo: **2021070000018** Fecha Inicio _____ Hora Inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO _____ FECHA FIN AISLAMIENTO _____

FALLA / DAÑO (CLASIFICADO)	IDENTIFICACION	CANTIDAD	REPORTE	REPARADO

DATOS ADICIONALES PARA FACILITAR: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (10-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI-NO)		Pila (SI-NO)		"Flujo a 0" (L0-E5)					REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)
				SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI				
1. CICLADO	Tiempo de la prueba															
2. RUIDO EXTRAÑO	SI				3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas								
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E5)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L0-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alimo	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (10-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES			
					Desconexión (SI-NO)		Pila (SI-NO)		"Flujo a 0" (L0-E5)					REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)
				SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO			