

Fecha Remisión: **2-05-24** Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: **JONICA AROJUELO** No. Orden _____

Código Equipo: **NN-283913** Fecha Inicio _____ Hora Inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (00% - 00%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)			
					BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)						
	2775564	953		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO	OK					4:00		Generó Alarma	No		SI	X	Cual? E-2
2. RUIDO EXTRAÑO												X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION
3. ESTADO DE MANGUERAS								Buenas					Bueno
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													Malo
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES													OK
7. CONTROL DE TEMPERATURA								Buena					OK
Con Sobrecalentamiento													OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit TANKVO ORIGINAL	1			
	FILTRO de Aire Interno	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (L - LO - E5)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L-LO-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (00% - 00%)	FLUJOMETRO (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-E5)	REILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)			
					BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)	(SI-NO)						
	2775963	953		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO